RAPPORT INDIVIDUEL DE COMPARAISON INTERLABORATOIRES

101A - MICROBIOLOGIE DES SURFACES - PLAQUES INOX

Ce rapport ne peut pas être dissocié du rapport général dont il est issu

Adhérent :	**14743**	**Essai :**	AVRIL 2023 / 2023
Code édition :	D4051	**Matrice :**	Plaque d'inox Boîte de contact - Plaque d'inox Boîte de contact Plaque d'inox EcouvillonPlaque d'inox Ecouvillon
Laboratoire :	AGQ MAROC SARL	**Rapport n° :**	691
Adresse :	Zone Industrielle Sud Ouest, N°152	**Campagne :**	2022 - 2023
Ville :	MOHAMMEDIA	**N° d'essai :**	7
Pays :	Maroc		

SOMMAIRE

RÉSULTATS DE VOTRE LABORATOIRE **3**

SYNTHESE GLOBALE DE L'APTITUDE DE VOTRE LABORATOIRE 3

RESULTATS DE VOTRE LABORATOIRE 3

COMMENTAIRE 3

Plaque d'inox Boîte de contact - Echantillon 01101 **5**

PERFORMANCE PAR CRITERE **5**

FLORE TOTALE sur 16 cm2 - 6

Plaque d'inox Ecouvillon - Echantillon 02101 **7**

PERFORMANCE PAR CRITERE **7**

FLORE TOTALE sur 16 cm2 - 8

LEGENDE DES TABLEAUX **10**

ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA **11**

RÉSULTATS DE VOTRE LABORATOIRE

SYNTHESE GLOBALE DE L'APTITUDE DE VOTRE LABORATOIRE

Jugement	Nombre de critères analytiques
Satisfaisant	2
A surveiller	0
Insatisfaisant	0
Non évalué	3

RESULTATS DE VOTRE LABORATOIRE

Critère analytique	Méthode	Unité	Valeur assignée	Ecart-type pour l'évaluation de d'aptitude	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
7-01101 - Plaque d'inox Boîte de contact							
FLORE TOTALE sur 16 cm²	ISO 18593 ou NF EN ISO 18593 : Microbiologie des aliments - Méthodes horizontales pour les techniques de prélèvement sur des surfaces, au moyen de boîtes de contact et d'écouvillons.	CFU/16cm²	24		145		Satisfaisant
FLORE TOTALE sur 16 cm²	ISO 18593 ou NF EN ISO 18593 : Microbiologie des aliments - Méthodes horizontales pour les techniques de prélèvement sur des surfaces, au moyen de boîtes de contact et d'écouvillons.		1,376	0,465	2,161	1,69	Satisfaisant
Temps de contact du prélèvement par boite de contact (en secondes)		s			30		Non évalué
Température d'incubation		°C			30,0		Non évalué
7-02101 - Plaque d'inox Ecouvillon							
FLORE TOTALE sur 16 cm²	ISO 18593 ou NF EN ISO 18593 : Microbiologie des aliments - Méthodes horizontales pour les techniques de prélèvement sur des surfaces, au moyen de boîtes de contact et d'écouvillons.	CFU/16cm²	182		120		Satisfaisant
FLORE TOTALE sur 16 cm²	ISO 18593 ou NF EN ISO 18593 : Microbiologie des aliments - Méthodes horizontales pour les techniques de prélèvement sur des surfaces, au moyen de boîtes de contact et d'écouvillons.		2,261	0,611	2,079	-0,30	Satisfaisant
Température d'incubation		°C			30,0		Non évalué

COMMENTAIRE

Plaque d'inox Boîte de contact - Echantillon 01101

Plaque d'inox Ecouvillon - Echantillon 02101

LEGENDE DES TABLEAUX

SYNTHESE GLOBALE de l'APTITUDE de votre LABORATOIRE

Le code édition est celui de la campagne en cours et est consultable sur le site internet du Bipea, Rubrique « espace adhérent ».

x Résultat

Résultat de mesurage ou d'essai.

z z-score

Expression du résultat du laboratoire sous forme de chiffre sans unité, calculé à partir de la valeur assignée et de la moitié de la valeur de tolérance.

Satisfaisant : Résultat juste

Résultat compris dans l'intervalle de tolérance et dont le z-score est inférieur ou égal à 2,0 en valeur absolue. Cette qualification correspond à une performance acceptable lors de l'évaluation de l'aptitude, au regard des choix de la Commission technique.

A surveiller : Résultat non juste

Résultat hors de l'intervalle de tolérance et dont le z-score est supérieur à 2,0 et inférieur à 3,0 en valeur absolue. Cette qualification correspond à un signal d'avertissement lors de l'évaluation de l'aptitude, au regard des choix de la Commission Technique.

Insatisfaisant : Résultat non juste

Résultat hors de l'intervalle de tolérance et dont le z-score est supérieur ou égal à 3,0 en valeur absolue. Cette qualification correspond à un signal d'action lors de l'évaluation de l'aptitude, au regard des choix de la Commission Technique.

Non évalué

Aucune statistique de performance ne peut être déterminée.

13.57 Résultat incohérent

Résultat ne participant pas aux estimations et dont le jugement sur l'aptitude est suspendu. Le résultat est éliminé par les tests de cohérence entre les valeurs. Ce résultat est généralement considéré comme insatisfaisant.

< 13.57 Limite de quantification

Valeur de la limite de quantification du laboratoire. Cette valeur ne peut être intégrée ni dans les estimations des moyennes et écart-types, ni jugée par rapport à l'intervalle de tolérance.

LD LQ Limites de détection et de quantification.

Note : Pour des compléments d'information, voir le RCIL définitif complet originel envoyé par le Bipea par courrier électronique. Ce dernier est le seul qui fait foi.

ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA

[==ATTESTATION-DEBUT==]

ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA

Je soussignée, Caroline LAURENT, Directeur du BIPEA, certifie que :

L'établissement :	**AGQ MAROC SARL**
Adresse :	Zone Industrielle Sud Ouest, N°152
Ville :	MOHAMMEDIA
Pays :	Maroc
Code adhérent :	**14743**

RAPPORT INDIVIDUEL

101A - MICROBIOLOGIE DES SURFACES - PLAQUES INOX / AVRIL 2023 - 2023 / Plaque d'inox Boîte de contact - Plaque d'inox Boîte de contact Plaque d'inox EcouvillonPlaque d'inox Ecouvillon

A participé à l'essai interlaboratoires :

Circuit : 101A MICROBIOLOGIE DES SURFACES - PLAQUES INOX
Matrice : Plaque d'inox Boîte de contact - Plaque d'inox Boîte de contact Plaque d'inox EcouvillonPlaque d'inox Ecouvillon
Essai : AVRIL 2023 / 2023

Et a obtenu les résultats suivants :

Critère analytique	Méthode	Unité	Valeur assignée	Ecart-type pour l'évaluation de d'aptitude	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
7-01101 - Plaque d'inox Boîte de contact							
FLORE TOTALE sur 16 cm²	ISO 18593 ou NF EN ISO 18593 : Microbiologie des aliments - Méthodes horizontales pour les techniques de prélèvement sur des surfaces, au moyen de boîtes de contact et d'écouvillons.	CFU/16cm²	24		145		Satisfaisant
FLORE TOTALE sur 16 cm²	ISO 18593 ou NF EN ISO 18593 : Microbiologie des aliments - Méthodes horizontales pour les techniques de prélèvement sur des surfaces, au moyen de boîtes de contact et d'écouvillons.		1,376	0,465	2,161	1,69	Satisfaisant
Temps de contact du prélèvement par boite de contact (en secondes)		s			30		Non évalué
Température d'incubation		°C			30,0		Non évalué
7-02101 - Plaque d'inox Ecouvillon							
FLORE TOTALE sur 16 cm²	ISO 18593 ou NF EN ISO 18593 : Microbiologie des aliments - Méthodes horizontales pour les techniques de prélèvement sur des surfaces, au moyen de boîtes de contact et d'écouvillons.	CFU/16cm²	182		120		Satisfaisant
FLORE TOTALE sur 16 cm²	ISO 18593 ou NF EN ISO 18593 : Microbiologie des aliments - Méthodes horizontales pour les techniques de prélèvement sur des surfaces, au moyen de boîtes de contact et d'écouvillons.		2,261	0,611	2,079	-0,30	Satisfaisant
Température d'incubation		°C			30,0		Non évalué

Fait à Paris, le lundi 22 mai 2023

Caroline LAURENT

Directeur du BIPEA
[==ATTESTATION-FIN==]