RAPPORT INDIVIDUEL DE COMPARAISON INTERLABORATOIRES

54 - EAUX - ANALYSES MICROBIOLOGIQUES SALMONELLA

Ce rapport ne peut pas être dissocié du rapport général dont il est issu

Adhérent :	**14743**	**Essai :**	MARS 2023 / 2023
Code édition :	D4051	**Matrice :**	Eau douce Salmonella - Eau douce Salmonella Eau douce Salmonella - Eau douce Salmonella Eau douce Salmonella - Eau douce Salmonella Témoin températureTémoin température
Laboratoire :	AGQ MAROC SARL	**Rapport n° :**	618
Adresse :	Zone Industrielle Sud Ouest, N°152	**Campagne :**	2022 - 2023
Ville :	MOHAMMEDIA	**N° d'essai :**	55
Pays :	Maroc		

SOMMAIRE

RÉSULTATS DE VOTRE LABORATOIRE **4**

SYNTHESE GLOBALE DE L'APTITUDE DE VOTRE LABORATOIRE 4

RESULTATS DE VOTRE LABORATOIRE 4

COMMENTAIRE 4

Eau douce Salmonella - Echantillon 0154 **5**

PERFORMANCE PAR CRITERE **5**

Salmonella - 6

Eau douce Salmonella - Echantillon 0254 **7**

PERFORMANCE PAR CRITERE **7**

Salmonella - 8

Eau douce Salmonella - Echantillon 0354 **9**

PERFORMANCE PAR CRITERE **9**

Salmonella - 10

LEGENDE DES TABLEAUX **11**

ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA **13**

RÉSULTATS DE VOTRE LABORATOIRE

SYNTHESE GLOBALE DE L'APTITUDE DE VOTRE LABORATOIRE

Jugement	Nombre de critères analytiques
Satisfaisant	3
A surveiller	0
Insatisfaisant	0
Non évalué	3

RESULTATS DE VOTRE LABORATOIRE

Critère analytique	Unité	Valeur assignée	Ecart-type pour l'évaluation de d'aptitude	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
51-0154 - Eau douce Salmonella						
Volume analysé	ml			100		Non évalué
Salmonella		0		0		Satisfaisant
51-0254 - Eau douce Salmonella						
Volume analysé	ml			100		Non évalué
Salmonella		1		1		Satisfaisant
51-0354 - Eau douce Salmonella						
Volume analysé	ml			100		Non évalué
Salmonella		0		0		Satisfaisant

COMMENTAIRE

Eau douce Salmonella - Echantillon 0154

PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

Salmonella -

Resultats par méthode : *Salmonella*

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
NF ISO 19250		0		Satisfaisant

Histogramme : *Salmonella*



Eau douce Salmonella - Echantillon 0254

PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

Salmonella -

Resultats par méthode : *Salmonella*

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
NF ISO 19250		1		Satisfaisant

Histogramme : *Salmonella*



Eau douce Salmonella - Echantillon 0354

PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

Salmonella -

Resultats par méthode : *Salmonella*

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
NF ISO 19250		0		Satisfaisant

Histogramme : *Salmonella*



LEGENDE DES TABLEAUX

SYNTHESE GLOBALE de l'APTITUDE de votre LABORATOIRE

Le code édition est celui de la campagne en cours et est consultable sur le site internet du Bipea, Rubrique « espace adhérent ».

x Résultat

Résultat de mesurage ou d'essai.

z z-score

Expression du résultat du laboratoire sous forme de chiffre sans unité, calculé à partir de la valeur assignée et de la moitié de la valeur de tolérance.

Satisfaisant : Résultat juste

Résultat compris dans l'intervalle de tolérance et dont le z-score est inférieur ou égal à 2,0 en valeur absolue. Cette qualification correspond à une performance acceptable lors de l'évaluation de l'aptitude, au regard des choix de la Commission technique.

A surveiller : Résultat non juste

Résultat hors de l'intervalle de tolérance et dont le z-score est supérieur à 2,0 et inférieur à 3,0 en valeur absolue. Cette qualification correspond à un signal d'avertissement lors de l'évaluation de l'aptitude, au regard des choix de la Commission Technique.

Insatisfaisant : Résultat non juste

Résultat hors de l'intervalle de tolérance et dont le z-score est supérieur ou égal à 3,0 en valeur absolue. Cette qualification correspond à un signal d'action lors de l'évaluation de l'aptitude, au regard des choix de la Commission Technique.

Non évalué

Aucune statistique de performance ne peut être déterminée.

13.57 Résultat incohérent

Résultat ne participant pas aux estimations et dont le jugement sur l'aptitude est suspendu. Le résultat est éliminé par les tests de cohérence entre les valeurs. Ce résultat est généralement considéré comme insatisfaisant.

< 13.57 Limite de quantification

Valeur de la limite de quantification du laboratoire. Cette valeur ne peut être intégrée ni dans les estimations des moyennes et écart-types, ni jugée par rapport à l'intervalle de tolérance.

LD LQ Limites de détection et de quantification.

Note : Pour des compléments d'information, voir le RCIL définitif complet originel envoyé par le Bipea par courrier électronique. Ce dernier est le seul qui fait foi.

ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA

[==ATTESTATION-DEBUT==]

ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA

Je soussignée, Caroline LAURENT, Directeur du BIPEA, certifie que :

RAPPORT INDIVIDUEL

54 - EAUX - ANALYSES MICROBIOLOGIQUES SALMONELLA / MARS 2023 - 2023 / Eau douce Salmonella - Eau douce Salmonella
Eau douce Salmonella - Eau douce Salmonella
Eau douce Salmonella - Eau douce Salmonella
Témoin températureTémoin température

L'établissement : **AGQ MAROC SARL**
Adresse : Zone Industrielle Sud Ouest, N°152
Ville : MOHAMMEDIA
Pays : Maroc
Code adhérent : **14743**

A participé à l'essai interlaboratoires :

Circuit : 54 EAUX - ANALYSES MICROBIOLOGIQUES SALMONELLA
Matrice : Eau douce Salmonella - Eau douce Salmonella
Eau douce Salmonella - Eau douce Salmonella
Eau douce Salmonella - Eau douce Salmonella
Témoin températureTémoin température
Essai : MARS 2023 / 2023

Et a obtenu les résultats suivants :

Critère analytique	Unité	Valeur assignée	Ecart-type pour l'évaluation de d'aptitude	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
51-0154 - Eau douce Salmonella						
Volume analysé	ml			100		Non évalué
Salmonella		0		0		Satisfaisant
51-0254 - Eau douce Salmonella						
Volume analysé	ml			100		Non évalué
Salmonella		1		1		Satisfaisant
51-0354 - Eau douce Salmonella						
Volume analysé	ml			100		Non évalué
Salmonella		0		0		Satisfaisant

Fait à Paris, le vendredi 21 avril 2023

Caroline LAURENT

Directeur du BIPEA
[==ATTESTATION-FIN==]