

RAPPORT INDIVIDUEL DE COMPARAISON INTERLABORATOIRES



15 - ANALYSE DE TERRE

Ce rapport ne peut pas être dissocié du rapport général dont il est issu

Adhérent :	14743	Essai :	11 / 2021
Code édition :	C3673	Matrice :	Terre
Laboratoire :	AGQ MAROC SARL	Rapport n° :	262
Adresse :	Zone Industrielle Sud Ouest, N°152	Campagne :	2021 - 2022
Ville :	MOHAMMEDIA	N° d'essai :	530
Pays :	Maroc		

ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA

[==ATTESTATION-DEBUT==]

ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA

Je soussignée, Caroline LAURENT, Directeur du BIPEA, certifie que :

L'établissement : **AGQ MAROC SARL**

Adresse : Zone Industrielle Sud Ouest, N°152

Ville : MOHAMMEDIA

Pays : Maroc

Code adhérent : **14743**

A participé à l'essai interlaboratoires :

Circuit : 15 ANALYSE DE TERRE
 Matrice : Terre
 Essai : 11 / 2021

Et a obtenu les résultats suivants :

Critère analytique	Unité	Valeur assignée	Ecart-type pour l'évaluation	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
pH H ₂ O		7,71	0,05	7,64	-1,40	Satisfaisant
P ₂ O ₅ selon OLSEN	g.kg ⁻¹	0,301	0,039	0,346	1,15	Satisfaisant
K ₂ O ECHANGEABLE	g.kg ⁻¹	0,811	0,023	0,867	2,43	A surveiller
CaO ECHANGEABLE	g.kg ⁻¹	11,364	0,449	12,031	1,49	Satisfaisant
MgO ECHANGEABLE	g.kg ⁻¹	1,152	0,062	1,190	0,61	Satisfaisant
CARBONE ORGANIQUE Oxydation sulfochromique	g.kg ⁻¹	33,5	0,9	31,8	-1,89	Satisfaisant
AZOTE TOTAL Combustion sèche	g.kg ⁻¹	3,52	0,14	3,76	1,71	Satisfaisant
0 - 2 µm Argiles	%			55,0		Non évalué
2 - 63 µm Limons	%			25,0		Non évalué
63 - 2000 µm Sables	%			20,0		Non évalué
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE SPECIFIQUE à 25 °C	mS.m ⁻¹	21,8	3,3	23,9	0,64	Satisfaisant
Na ₂ O ECHANGEABLE	g.kg ⁻¹	0,032	0,004	0,030	-0,50	Satisfaisant
Extraction des éléments en traces par une solution tamponnée de DTPA : NF ISO 14870 FER	mg.kg ⁻¹	46,8	9,4	36,6	-1,09	Satisfaisant
Extraction des éléments en traces par une solution tamponnée de DTPA : NF ISO 14870 MANGANESE	mg.kg ⁻¹	17,1	2,9	15,0	-0,72	Satisfaisant
Extraction des éléments en traces par une solution tamponnée de DTPA : NF ISO 14870 ZINC	mg.kg ⁻¹	3,0	0,4	2,7	-0,75	Satisfaisant

Fait à Paris, le mercredi 15 décembre 2021

Caroline LAURENT

Directeur du BIPEA

[==ATTESTATION-FIN==]